

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

RA.RU.311463

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОВЕРКЕ № 5972-01

Действительно до
6 октября 2021 г.

Средство измерений *Весы торсионные ВТ-500 Рег. №653-72*

наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа
заводской (серийный) номер *4072*

в составе -----

номер знака предыдущей поверки -----

поверено *в полном объеме*

наименование величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с *ГОСТ13718-68 "Весы крутильные (торсионные). Методы и средства поверки"*

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: *3.1.ZBA.0013.2012*

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: *температура 22,3°C, относительная влажность 48,6%, атмосферное давление 742мм рт.ст.*

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов ~~неравной~~*(периодической)* поверки признано пригодным к
применению ненужное зачеркнуть

Знак поверки



Руководитель
отдела

Елишев Сергей Сергеевич

(подпись)

Поверитель

Винокурова Елена Анатольевна

(подпись)

Дата поверки
7 октября 2020 г.

При повторной поверке предъявление свидетельства обязательно

00011561